



**Všem vedoucím referátu zdravotnictví
krajských úřadů**

V Praze dne 16. 7. 2010
Č.j.: 41219/2010

UPOZORNĚNÍ / VÝSTRAHA

Ministerstvo zdravotnictví Vás na základě ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, informuje o výskytu padělku zdravotnického prostředku a žádá o postoupení této informace všem poskytovatelům zdravotní péče na území vašeho kraje:

Byl zjištěn výskyt padělku zdravotnického prostředku - cirkulární stapler PROXIMATE® PPH Procedure for Procedure for Prolapse and Hemorrhoids Set, product code PPH03 v Itálii.

Na obalu padělku není uveden čárový kód a na spouštěči stapleru není uvedeno číslo šarže (viz příloha).

Další informace budou zveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Mgr. Filip Vrubel, v.r.
ředitel odboru farmacie

Příloha: Znaky_zobrazení - 1 list

